

MATERIAL SAFETY DATA SHEET (Bezpečnostní list)

QUALITY MANAGEMENT
(Řízení kvality)

DATE 12.12. 2006
(Datum) revize 20.12. 2010

I. GENERAL INFORMATION (Všeobecné informace)

| | |
|--|--|
| Trade Name (Název produktu) | Sample Collector for Saliva Screen Drug Test Odběrový tampon pro odběr vzorku slin na drogy |
| Catalog Number (Katalogové číslo) | |
| Chemical Name & Synonyms (Chemické označení & Synonyma) | Not Applicable (Nelze specifikovat) |
| Chemical Family (Chemická klasifikace) | In Vitro Diagnostic Test Kit (Určeno pro In Vitro Diagnostiku) |
| Formula (Chemický vzorec) | Not Applicable (Nelze specifikovat) |
| Shipping Name (Označení dopravy) | Not Applicable (Nelze specifikovat) |
| Hazard Classification (Třída nebezpečnosti) | Not Applicable (Nehodnotitelné) |
| Manufacturer (Výrobce) | Ulti med Products (Deutschland) GmbH Reeshoop 1, 22926 Ahrensburg Germany Phone: #49 4102 800 90, Fax: #49 4102 500 82 |
| Distributor pro ČR Distributor pre SR | JK-Trading. spol.s .r.o, Za Opravnou 5, 150 00 Praha5-Motol, ČR JK-Trading. spol.s .r.o, Mečíkova 30, 841 07 Bratislava, SR |

Plastic Handle and PVA sponge Plastická tyčinka s polyvinylakrylovým tamponem

Fire Fighting Measures: Non Flamable

Hodnocení nebezpečí vzplanutí: nehořlavé

Spill: Not applicable

Rozlití: nelze hodnotit

Personal protection: Not applicable

Osobní ochrana: nelze hodnotit

Stability/Reactivity: Stable

Stabilita / reaktivita: stabilní

Toxicological Information: According to ISO 10993-5 Biological Evaluation of medical devices –

PRT5: Test in vitro cytotoxicity, toxicology study shows that the toxicity is lower than level II.


Toxikologické informace: Podle ISO 10993-5: Biologický vliv zdravotnických prostředků PRT 5:

Test In Vitro – toxicity, toxikologická studie prokazuje, že toxicita je nižší, než udává hladina II.

Transport Information: non hazardous for air, sea and road freight.

Informace pro transport: není nebezpečný ani pro leteckou, vodní ani silniční dopravu.

Ahrensburg, 5th of December 2005



Erik Wischerhoff

